



FIDEICOMITENTE



FIDUCIARIO

COMUNICADO N°2

LLAMADO 03/2018

## **COMUNICADO N° 2**

**10/5/2018**

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS**

**03/2018**

### **FIDEICOMISO SANATORIO DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO**

**Pregunta 1:** Nuestra empresa fabrica en Uruguay parte del equipamiento del lote, lo cual la única forma de cotizar es modalidad plaza, no siendo posible cotizar en dólares americanos? Se puede cotizar en pesos.

**Respuesta 1:** "Según lo establecido en la Sección 2 cláusula 25.2 para el equipamiento las ofertas podrán cotizarse en las modalidades DAP (INCOTERMS 2010) o Plaza para cada ítem. en caso de la Modalidad Plaza los precios deberán cotizarse en moneda nacional"

**Pregunta 2:** "La fecha para la puesta en marcha, incluidas las pruebas de funcionamiento del equipamiento es el 30 de agosto de 2018. Es imposible estipular una entrega en una fecha determinada si no se sabe a partir de qué fecha empieza a correr el tiempo. Por lo general se pide una entrega en días calendario a partir de que se emite la orden de compra"

**Respuesta 2:** La respuesta está establecida en la Enmienda 1

**Pregunta 3:** Con respecto a los equipos de tratamiento de agua para los autoclaves y la lavadora que tienen que ser suministrados por el oferente no está previsto el mantenimiento de los mismos, como se contemplara esto, ya que los mismos necesitan mantenimientos y cambios de filtros.

**Respuesta 3:** Según lo establecido en la Sección 4 cláusula 6.3, en el caso de que el proveedor considere la conveniencia de la incorporación del sistema de tratamiento de agua, éste formará parte de los equipos incluidos en el Plan de Mantenimiento a contratar.

**Pregunta:** "¿Cómo se previó el ingreso y lugar de instalación de los autoclaves?"

**Respuesta:** El proyecto prevé la construcción de una rampa en el acceso principal al edificio. El recorrido sugerido para acceder con los equipos es ingresando por el local 1.146 - Hall de ascensores técnicos para luego acceder al local 1.151 – Recepción ropa limpia, gasas, envoltorios. Se aclara que el



COMUNICADO N°2

LLAMADO 03/2018

FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

mostrador del local 1.151 no será instalado hasta tanto no se haya equipado la Central de Esterilización de Materiales.

Las instalaciones previstas en obra son las especificadas en el anexo 2 de la Sección 4 del presente llamado. El oferente deberá presentar plan de instalación según lo requerido la cláusula 3 de la sección 4.

En caso que el Oferente entienda necesaria la realización de adaptaciones a la obra para poder cumplir con la instalación de los Equipos ofertados, deberá brindar un detalle preciso de dichas adaptaciones dentro del proyecto de instalación incluido en el plan operativo.

**Pregunta:** ¿Cómo se previó el ingreso y lugar de instalación de lavadora termodesinfectadora?

**Respuesta:** El proyecto prevé la construcción de una rampa en el acceso principal al edificio.

El recorrido sugerido para acceder con los equipos es ingresando por el local 1.146 - Hall de ascensores técnicos para luego acceder al local 1.151 – Recepción ropa limpia, gasas, envoltorios. Se aclara que el mostrador del local 1.151 no será instalado hasta tanto no se haya equipado la Central de Esterilización de Materiales.

Las instalaciones previstas en obra son las especificadas en el anexo 2 de la Sección 4 del presente llamado. El oferente deberá presentar plan de instalación según lo requerido la cláusula 3 de la sección 4.

En caso que el Oferente entienda necesaria la realización de adaptaciones a la obra para poder cumplir con la instalación de los Equipos ofertados, deberá brindar un detalle preciso de dichas adaptaciones dentro del proyecto de instalación incluido en el plan operativo.