



FIDEICOMITENTE



FIDUCIARIO

COMUNICADO N°2

LLAMADO 05/2018

COMUNICADO N° 2

04/07/2018

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS

05/2018

FIDEICOMISO SANATORIO DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

Pregunta 1: Sección 4, Anexo 1. Pág., 23:

"Cama de hospitalización, hidráulica c/acc, Código Equipo MC,HP006. Características técnicas de Servicios Médicos (CSM) del Banco de Seguro del Estado (BSE)" Es una característica de cama eléctricas.

Si se solicita que sea hidráulica, no puede haber cancelación de funciones. Solicitamos eliminar este punto.

Respuesta 1: Se debe incluir sistema o función o equivalente tecnológico que permita recuperación de posiciones o posiciones de emergencia u otro mecanismo de seguridad en la recuperación de movimientos.

Pregunta 2: Pág. 42, "Equipo Lámpara examen rodable consulta, Código Equipo BI.XX036:

1- Solicitamos que se permita cotizar Lámpara con iluminación LED, ya que permitirá los siguientes beneficios:

- * Mejor calidad de iluminación.
- * Mejor color por mayor índice de reproducción cromática
- * Mayor durabilidad de la lámpara, de 30,000 horas.
- * Sin necesidad de filtros.

2- Tanto para iluminación Led como halógena, solicitamos se modifiquen las características solicitadas:

- * Lámpara reflectora de hasta 35 Watts
- * Bombilla de 3000 horas aprox. De duración
- * Salida de luz de 30000 luxes aprox. Capacidad de la mayoría de las lámparas de examen rodables disponibles en el mercado, tanto halógenas como LEDs. Superior a esta referencia se consideran lámparas de pequeña cirugía o cirugía, con otros costos.

Respuesta 2:

1 - Se permitirá, sin penalización la inclusión de tecnología LED y deberá ser al menos de 10W, y una duración superior a 4.000 hr.

2- No se limitará los W ofrecidos que cumplan con lo solicitado, ya sea tecnología LED o Halógena.

Si se ofrece tecnología LED dispondrá de una intensidad de luz de superior a 45.000 lux a 50 cm o 35.000 lux a 30 cm.

Pregunta 3:

Sección 2: datos del Llamado. Por este medio les consultamos sobre la no coincidencia entre las cantidades



FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

detalladas en las páginas 2 y 3 de la Sección 2: Datos del Llamado y las detalladas en el Anexo 1A junto a las características técnicas solicitadas.

	Sección 2: Datos del Llamado Cláusula 2. Objeto	Sección 4, Anexo 1A
Almohada + funda	170	172
Lámpara examen rodable consulta	6	5
Sofá-Cama acompañantes	10	12
Sillón extracción, eléctrico	Entendemos que está repetido en dos renglones, por favor confirmar.	
Sillón extracción, hidráulico	Entendemos que está repetido en dos renglones, por favor confirmar.	
MC.RMN.03 Soporte infusión rodable, amagnético.	No figura en esta sección.	2

Respuesta 3: Las cantidades validas son las definidas en el Anexo 1A sección 4.

Pregunta 4: Referente al CODIGO EQUIPO MC.HP006 CANTIAD 100, camas de hospitalización, hidráulica c/accesorios, se consulta:

- A referencia " Dispondrá de cuatro módulos independientes y desmontables realizados en ABS, con superficie útil del 100%" ¿Se admite mejora del lecho de HPL en lugar de ABS ya que es un material de mejor calidad y durabilidad?

Respuesta 4: Según lo establecido en la Sección 4 punto 3.1 Especificaciones técnicas, se permite materiales similares, y por tanto se puede ofertar.

Pregunta 5: A lo que se refiere "Dispositivo de cancelación de funciones de la cama" la misma es una función que usualmente se encuentra en las camas eléctricas y no en las mecánicas, ¿es de relevancia este punto?

Respuesta 5: Se debe incluir sistema o función o equivalente tecnológico que permita recuperación de posiciones o posiciones de emergencia u otro mecanismo de seguridad en la recuperación de movimientos.

Pregunta 6: Con sistema de desembrague de emergencia del plano de tronco que permita descenso rápido del plano en caso de emergencia" dado que la cama se puede bajar manualmente ¿se admite que no tenga esta función?

Respuesta 6: Se debe incluir sistema o equivalente tecnológico que permita un descenso rápido del plano en caso de emergencia.

Pregunta 7: Dispondrá del plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica, para asegurar una mayor ergonimia " ¿Se admite que el plano de pies y rodillas se muevan en conjunto?

Respuesta 7: Se acepta la variación aplicando las penalizaciones en la puntuación final según lo establecido en la Sección 2 Criterios de valoración de la documentación del llamado.

Pregunta 8: "Sección 4, Anexo I:
Solicitamos se acepten las siguientes características técnicas: Pág. 4. carro de parada, código Equipo MC.XX024



FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

Características técnicas solicitadas	Características técnicas ofertadas
2 de las ruedas con freno y 1 con bloqueo direccional.	Sin bloqueo direccional.
Construcción totalmente metálica autoportante de tipo sándwich, con pared doble.	No.
Fabricado en chapa de aluminio.	En acero inoxidable AISI 304 18/10.
Aislamiento térmico mediante espuma rígida de alta rigidez o similar.	No.
Frontales intercambiables, con cantos y esquinas redondeados. Especificar material el cajón.	No intercambiables. En ABS.
Paredes laterales de chapa de acero. Fondo de chapa de aluminio. Especificar.	En ABS.
De cinc colado a presión.	Rebaje sobre el cajón de ABS.

Respuesta 8: Se acepta la variación aplicando las penalizaciones en la puntuación final según lo establecido en la Sección 2 Criterios de valoración de la documentación del llamado.

Pregunta 9: Pág. 10, Mesa auxiliar dos baldos y cajones, rodable, Código Equipo MC.HP037

Características técnicas solicitadas	Características técnicas ofertadas
Entrepaño inferior liso.	Bandeja extraíble.

Respuesta 9: Se acepta la variación aplicando las penalizaciones en la puntuación final según lo establecido en la Sección 2 Criterios de valoración de la documentación del llamado.

Pregunta 10: Pág. 13 , Mesa-Camilla de exploraciones, fija, 180x60 cm, código equipo BI.CE064

Características técnicas solicitadas	Características técnicas ofertadas
Posibilidad de incorporar portarrollos y cortador de papel.	Sin cortador de papel.

Respuesta 10: Se acepta la variación aplicando las penalizaciones en la puntuación final según lo establecido en la Sección 2 Criterios de valoración de la documentación del llamado.

Pregunta 11: Pág. 14, Sillón para cirujano, Código equipo MC,BQ112

Características técnicas solicitadas	Características técnicas ofertadas
Respaldo/reposabrazos quirúrgico curvo regulable en altura.	Respaldo regulable en altura. Reposabrazos no regulable en altura.

Respuesta 11: Se acepta la variación aplicando las penalizaciones en la puntuación final según lo establecido en la Sección 2 Criterios de valoración de la documentación del llamado.

Pregunta 12: Pág. 15 Soporte bajo rodado, una cubeta acero inox, Código Equipo MC.BQ117

Características técnicas solicitadas	Características técnicas ofertadas
Protección de goma anti-golpes.	No.



FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

Respuesta 12: Se acepta la variación aplicando las penalizaciones en la puntuación final según lo establecido en la Sección 2 Criterios de valoración de la documentación del llamado.

Pregunta 13: Pág. 17, Taburete alto con respaldo, con ruedas y apoyapiés, código Equipo MC,XX035

<i>Características técnicas solicitadas</i>	<i>Características técnicas ofertadas</i>
<i>Estructura en acero cromado. Se valorará estructura fabricado en acero inoxidable. Describir e indicar AISI.</i>	<i>Aluminio pulido.</i>

Respuesta 13: Se acepta la variación aplicando las penalizaciones en la puntuación final según lo establecido en la Sección 2 Criterios de valoración de la documentación del llamado.