



FIDEICOMITENTE



FIDUCIARIO

COMUNICADO Nº4

LLAMADO 03/2018

## **COMUNICADO Nº 4**

**16/5/2018**

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS**

**03/2018**

**FIDEICOMISO SANATORIO  
DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO**

**Pregunta 1:** Respecto al Ítem BI.CE037 - Kit de accesorios de instalación de esterilizador

Aparte del sumidero, qué otros artículos serían los que componen el kit?

**Respuesta 1:** Considerando que se trata de un proyecto llave en mano, se incluirá en el Kit todos aquellos elementos que se precisen para la correcta instalación de cada uno de los equipos (plomería, electricidad, conexiones de extracción, etc.).

**Pregunta 2:** Respecto al Ítem BI.CE057 - Puertas acceso mantenimiento - Se solicita cantidad: 2

Se entiende por los planos que la puerta de acceso de mantenimiento es parte del cerramiento que se debe cotizar en el espacio que queda delimitado entre ambos autoclaves.

Son dos puertas una a cada lado de dicho espacio?

**Respuesta 2:** Se previó la dotación de una puerta de acceso por cada esterilizador.

Considerando que se trata de un proyecto en modalidad "llave en mano", los oferentes propondrán la solución más adecuada para el cierre de la instalación así como el acceso a la misma para la realización de labores de mantenimiento, teniendo en cuenta tanto la dimensión de sus equipos como el espacio disponible para la instalación de los mismos.

En este sentido, se modifica la redacción de la siguiente forma: "Puerta o puertas de acceso para la realización de labores de mantenimiento en el/los equipo/equipos. "

**Pregunta 3:** Ablandador de agua

Respecto al planteo de que el fabricante debe considerar proponer el sistema de ablandado de agua adecuado para sus equipos:

Se pudo apreciar en obra que el espacio destinado para ellos se encuentra en subsuelo (piso inferior al de los equipos). El proveedor debe incluir en su cotización el sistema de bombeo del agua hacia arriba también



FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

(aparte del sistema de ablandado y el tanque de reservorio) o está previsto por la CND?

**Respuesta 3:** De considerar el oferente que es necesario contar con tratamiento de agua, se deberá proveer el sistema completo exceptuando las tuberías cuyo recorrido y alcance fue detallado en los planos del Anexo 2 Sección 4 de los documentos del llamado.

**Pregunta 4:** Código de Equipo BI.CE039 – Lavadora termodesinfectadora

En el formulario 10 Sección 4, se solicita “Bombas para productos químicos con sensor de nivel” y no aclara cuántas, y en el renglón de abajo se solicita “2 bombas de lavado” y además se solicita que se incluya “una central dosificadora de detergentes 4 bombas”

Pregunta: En nuestro caso las lavadoras termodesinfectadoras Matachana traen incluidas, de serie, 2 bombas dosificadoras de productos químicos con la posibilidad de incluir otras 2 bombas adicionales. Al solicitar en el renglón de abajo 2 bombas de lavado, solicitamos nos aclaren si lo que se pretende es que la lavadora tenga incorporado 2 bombas adicionales sumando en total 4 bombas dosificadoras, o de lo contrario nos aclaren a qué se refieren con “bombas de lavado” y cuál es el concepto de “central dosificadora de detergentes 4 bombas.

**Respuesta 4:** El término "bombas de productos químicos" es equivalente a central dosificadora de detergente, pudiendo ser éste de 2 o 4 bombas dosificadoras. En el presente llamado se solicitan 4 bombas dosificadoras, en el caso de ofertar una dotación de 2 bombas. Se aceptará tal propuesta aplicando las penalizaciones en la puntuación final según se indica en la Sección 2 Criterios de valoración de la documentación del llamado.

"Bomba de lavado" (propulsora/impulsora) hace referencia a los elementos que proporcionan potencia al flujo de agua de lavado (inyección de agua/desagüe)

**Pregunta 5:** Código Equipo BI.CE040 – Limpiador Ultrasonidos

En el formulario 10 Sección 4 se solicita “Tanque construido en acero inoxidable AISI 316, terminación con bordes y pulido de tipo sanitario”.

Pregunta: Normalmente estos equipos son fabricados en acero AISI 304 consultamos si son aceptados equipos con esta calidad de acero inoxidable?

Se solicita frecuencia orientativa 43 KHZ.

Pregunta: En nuestro caso los limpiadores por ultrasonido Matachana tienen una frecuencia de 35 KHZ, consultamos si son aceptados equipos con esta frecuencia.

**Respuesta 5:** Se opta por la calidad AISI 316 por su mayor resistencia a la corrosión (sólo se pide en este material la cuba o tanque). Se admite la construcción de la cuba del limpiador de ultrasonidos en acero inoxidable calidad AISI 304. Se admite aplicando la deducción en la puntuación final según se indica en Sección 2 Criterios de valoración de la documentación del llamado.

En cuanto a la frecuencia del ultrasonido, se acepta la dotación de un equipo con 35 KHZ, aplicando la deducción en la puntuación final según se indica en 03 Sección 2 Criterios de valoración de la documentación del llamado.



COMUNICADO N°4

LLAMADO 03/2018

FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

**Pregunta 6:** Código de Equipo BI.CE004 – Carro carga y descarga del esterilizador

En el formulario 10 Sección 4 se solicita “Cada carro (4 en total) dispondrá de su correspondiente chasis de carga o estructura que lo sustituya”. Sin embargo en el código de equipo BI.CE056 se solicitan 4 chasis de carga.

Pregunta: Se solicita que los carros incluyan 4 chasis y además cotizar aparte otros 4 chasis totalizando 8 unidades?

**Respuesta 6:** Se solicitan 4 carros de carga y descarga (2 por esterilizador: 1 en salida y 1 en entrada), así como 4 chasis de carga (2 por esterilizador: 1 en uso y otro preparado/cargado)