



COMUNICADO N° 9

LLAMADO 01/2017

FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

## **COMUNICADO N° 9**

**05/01/2018**

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS**

**01/2017**

**FIDEICOMISO SANATORIO  
DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO**

### **CONSULTAS**

**Pregunta 1)-** En referencia al Sistema de Radiografía fijo c/ soporte suelo. Código de equipo: BI.RAD051

De modo de contar con la mayor cantidad posible de oferentes y con el fin de cotizar un equipo que asegure una calidad de imagen diagnóstica y de prestaciones según los requerimientos del llamado, se solicita la aceptación de las siguientes características técnicas:

a. En relación al área activa mínima del detector:

1- Se pide en el llamado:

1. Área Activa mínima 40 cm x 40 cm.

Comentario: Existen en el mercado diferentes tipos de configuraciones y tamaños de detectores. En el caso de detectores Wireless, es estándar la medida de 35 x 43, medida disponible en todos los fabricantes reconocidos internacionalmente, existiendo también tamaños menores de detectores en todos los casos. Este formato que permite la realización de todo tipo de estudios.

2- Se solicita que se acepte:

1. Que el rango de Área Activa mínima del detector extraíble para el bucky de mesa sea 35 cm en uno de sus lados y 43 cm en el otro.

**Respuesta 1)-** Considerando la enmienda 1 y 2 publicadas el 22/12/2017 se admite la variación si no es superior a un +/- 14 %.

Esta respuesta sustituye a la respuesta 19 del Comunicado 4 publicado el 21/12/2017.



COMUNICADO N° 9

LLAMADO 01/2017

FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

**Pregunta 2)** En referencia al Arco Quirúrgico Digital. Código de equipo: BI.BQ005

De modo de contar con la mayor cantidad posible de oferentes y con el fin de cotizar un equipo que asegure una calidad de imagen diagnóstica y de prestaciones según los requerimientos del llamado, se solicita la aceptación de las siguientes características técnicas:

a. En relación al tamaño del detector:

1- Se pide en el llamado:

1. Tamaño de detector no inferior a 27 x 27 cm.

Comentario: Existen en el mercado diferentes tamaños de detectores, los cuales varían dependiendo del fabricante. Estas dimensiones varían desde detectores de 20 x 20 a detectores de 30 x 30 en los principales fabricantes. Nuestra representada, Philips, ofrece un equipo con un tamaño de detector único que permite realizar todo tipo de procedimientos sin excepciones, Abdominal, Cardio, Neuro, Oncología, Ortopédica, torácica y vascular siempre sin perjuicio de la calidad de imagen y flujo de trabajo.

2- Se solicita que se acepte:

1. Tamaño de detector no inferior a 26.2 x 26.2 cm.

**Respuesta 2)-** Considerando la enmienda 1 y 2 publicadas el 22/12/2017 se admite la variación si no es superior a un +/- 2,97%.

Esta respuesta sustituye a la respuesta 9 del Comunicado 4 publicado el 21/12/2017